

ПРОГРАММА

проверки квалификации лабораторий по определению антинуклеарных антител, антител к цитоплазме нейтрофилов, миелопероксидазе и протеиназе-3 в сыворотке крови человека посредством межлабораторных сличений

1	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний (МСИ)	Ассоциация специалистов некоммерческое партнерство «Центр внешнего контроля качества клинических лабораторных исследований» (АСНП «ЦВКК»).
2	Координатор МСИ	К.б.н. Мезенцева Надежда Ивановна
3	Адрес и телефон координатора	129090, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 3, стр. 2, АСНП «ЦВКК», комн. 6, тел. (495) 225-50-31.
4	Критерии выбора участников МСИ	Наличие контракта/договора с участником МСИ на оказание услуг по внешней оценке качества выполняемых им исследований путем межлабораторных сличительных испытаний в Системе МСИ «ФСВОК-2020».
5	Количество, тип участников	50, клиничко-диагностические и другие лаборатории.
6	Исследуемый материал	Сыворотка крови человека.
7	Исследуемые показатели	Определение антинуклеарных антител и антител к цитоплазме нейтрофилов, миелопероксидазе и протеиназе-3.
8	Описание образцов для проведения МСИ (КО МСИ)	Стабилизированные инактивированные аналиты сыворотки крови человека, в микропробирках с герметично завинчивающейся крышкой, с диаметром горлышка, удобным для забора пробы стандартной автоматической пипеткой, содержащие антитела: - антинуклеарные, объем образца в конечной форме: 0,4 мл.; - к цитоплазме нейтрофилов, миелопероксидазе и протеиназе-3, объем образца в конечной форме: 0,2 мл.
9	Требования к хранению КО МСИ	При хранении в упаковке производителя - не более 3 месяцев при температуре +2- +8°C.
10	Меры предосторожности по предотвращению сговора между участниками или фальсификации результатов	1. КО МСИ рассылаются в лаборатории без указания приписанных значений или характеристик исследуемого показателя. 2. КО МСИ имеют только порядковые номера. 3. Конфиденциальность и отсутствие доступа к результатам других лабораторий.
11	Что предоставляется участникам МСИ	1. Программа МСИ. 2. КО МСИ и инструкция по выполнению исследований. 3. Возможность ввода и отправки результатов исследования КО МСИ в личном кабинете интернет-портала или с использованием бумажного бланка. 4. Отчеты по проверки квалификации, включающие комментарии и таблицы. 5. Свидетельство и сведения об участии в МСИ.
12	Требования к распределению КО МСИ	Каждому участнику будет предоставлено по три КО МСИ в каждом из двух циклов.
13	Процедуры для испытаний (методы исследований) проверки	Процедуры проверки однородности и стабильности, описанные в ГОСТ Р 50779.60-2017.

	однородности и стабильности КО МСИ	
14	Требования к подготовке КО МСИ к исследованиям	Подготовка КО МСИ к исследованию производится в соответствии с инструкцией по выполнению исследований КО МСИ.
15	Методики исследования	Участники должны исследовать контрольные образцы как обычные пробы пациентов, по той же методике, в тех же аналитических сериях и в тех же условиях
16	Форма отчетности участников	Участники предоставляют Провайдеру протокол результатов исследований в форме, определенной в личном кабинете интернет-портала или бумажным бланком ввода и отправки результатов исследования КО МСИ, в соответствии с инструкцией по применению КО МСИ.
17	Критерии оценки качества исследований, метод статистического анализа	Качество результатов исследования по выявлению антител, полученных лабораториями, оценивается путем их сравнения с правильными (данные производителя и испытательных лабораторий). В отчетах предоставляется распределение результатов всех участников в таблице правильности результатов.
18	Происхождение исследования приписанных значений КО МСИ Метрологическая прослеживаемость Неопределенность	Приписанные значения устанавливаются в процессе МСИ: Качественный подраздел. В качестве правильных принимаются заключения более 2/3 участников, использовавших одну и ту же методику измерений, если таких участников было не менее семи. Если ни одно из заключений не получено указанным большинством лабораторий, допустимыми признаются все категории заключений (0, 2). Метрологическая прослеживаемость: определение концентрации проводится с калибровкой по стандарту ERM-DA470k/IFCC, отклонение средней концентрации в партии контрольных образцов от заданной допускается в пределах 30% ($p < 0,05$).
19	Степень гласности результатов МСИ	Для участников МСИ соблюдается принцип конфиденциальности: 1. Каждому участнику МСИ присваивается кодовый номер. Идентификация участников известна только сотрудникам АСНП «ЦВКК», если только участники не отказываются от конфиденциальности. 2. Провайдер обязуется не передавать результаты участия в МСИ третьим лицам без согласия участника. Конфиденциальность может быть отвергнута участником с целью обсуждения и взаимопомощи, при выполнении работ в законодательно регулируемой области или с целью признания. В большинстве случаев результаты проверки квалификации могут быть предоставлены соответствующему органу самими участниками. 3. В исключительных случаях, когда официальный орган требует от провайдера МСИ предоставления ему результатов проверки квалификации, участники должны быть уведомлены об этом письменно.
20	Действия в случае утери или повреждения КО МСИ при транспортировке заказчику	При обнаружении несоответствия поставленных КО МСИ прилагаемым документам, а также повреждения КО МСИ, делающих их непригодными для исследования, комиссия Заказчика составляет и подписывает Акт несоответствия и уведомляет об этом Провайдера в течение 5-ти рабочих дней с момента получения. Провайдер рассматривает Акт несоответствия и в случае его обоснованности повторно направляет заказчику КО МСИ с инструкцией по выполнению исследований КО МСИ.